



## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
2<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
Αριθμός 2/5-1-2024 Συνεδρίασης

« Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο »

### ΣΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη Χίο σήμερα την 5<sup>η</sup> του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Κατάστημα του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου {όπως αυτό έχει οριστεί με την με αριθμ. Γ4β/72880/2021 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. αρ. 162/8-3-2022)}, σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά από τηλεφωνική πρόσκληση της Προέδρου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων.

Παρόντες είναι οι:

1. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, Πρόεδρος του Δ. Σ.
2. ΜΕΛΙΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,
3. ΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τακτικό μέλος του Δ.Σ.,
4. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, τακτικό μέλος, εκπρ/πος των ιατρών.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Τζιατζιάς Χαράλαμπος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ :** Συζήτηση επί της αναφοράς της εταιρείας Alpha Rad – Medical Physics Services Ο.Ε σχετικά με την παροχή υπηρεσιών «ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

Η Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Δ. Σ. από 05/01/2024 αναφορά της εταιρείας Alpha Rad – Medical Physics Services Ο.Ε σχετικά με την παροχή υπηρεσιών «ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» η οποία έχει ως εξής :

**ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 36 – 54623  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ**

-----

**ΤΗΛ. 2310284794 – FAX  
2310284995**

**ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ**

**E-mail: [alexandrspiri@gmail.com](mailto:alexandrspiri@gmail.com)**

**Z. Μιχαλοπούλου, Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ**

**A. Σπυριδωνίδης, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου**

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο»

Κοινοποίηση: α) Διοικητή 2<sup>ης</sup> ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

β) Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου

### **ΑΝΑΦΟΡΑ**

Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία Alpha Rad - Medical Physics Services Ο.Ε. που εδρεύει στο Κερατσίνι Αττικής (οδός Δαβάκη αριθμ. 11), όπως νομίμως εκπροσωπείται

Όπως σας είναι γνωστό, δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 137/18-12-23 Πρόσκλησης του Νοσοκομείου σας, προκηρύχθηκε, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016, διαγωνιστική διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών «ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». Στον εν λόγω διαγωνισμό έλαβε νομοτύπως και εν γένει παραδεκτός μέρος η εταιρία μας, καθώς και ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΜΑΡΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΙΚΕ. Με την υπ' αριθμ. 75/27-12-2023 (θέμα 11<sup>ο</sup>) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την παροχή υπηρεσιών ακτινοπροστασίας για τις πηγές ακτινοβολίας και εξοπλισμού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρία μας, καθώς αναδείχθηκε μειοδότηρια στην εν λόγω διαδικασία.

Παρόλα αυτά, την επόμενη ημέρα, ήτοι στις 28 Δεκεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, σε έκτακτη συνεδρίαση (76/28-12-2023) αποφάσισε αιφνιδίως και αυθαιρέτως να προβεί α) σε ανάκληση της υπ' αριθμ. 75/27-12-2023 (θέμα 11<sup>ο</sup>) απόφασης του, β) σε ακύρωση της ήδη περατωθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς μάλιστα την προηγούμενη διατύπωση γνώμης από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, δηλαδή κατά παράβαση του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, γ) σε επαναπροκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού προμήθειας υπηρεσιών

ακτινοπροστασίας για τις πηγές ακτινοβολίας και εξοπλισμού, με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και του τρόπου υποβολής των προσφορών. Μάλιστα αποκλειστικό αιτιολογικό έρεισμα της επίμαχης απόφασης αποτέλεσε η επίκληση εγγράφου, (το οποίο τιτλοφορείται «Υπόμνημα Σχολιασμός Απάντησης επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών της πρόσκλησης συλλογής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ακτινοπροστασίας για τις πηγές ακτινοβολίας και εξοπλισμού») που απέστειλε ο κ. Γεώργιος Παρήσογλου, ήτοι πρόσωπο που ούτε συμμετείχε στη διαγωνιστική διαδικασία ούτε αμφισβήτησε τη νομιμότητα της υπ' αριθμ. πρωτ. 137/18-12-23 Πρόσκλησης, με τον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία τρόπο, αφού ουδέποτε άσκησε κατ' αυτής ούτε ο ίδιος ατομικά, ούτε ως διαχειριστής της εταιρίας με την επωνυμία ΦΡΟΝΕΙΝ ΙΚΕ, τα ένδικα βοηθήματα που επιτάσσονται από το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου επενέβη μη συννόμως στην ήδη συναφθείσα -κατά τα ρητώς οριζόμενα τόσο στο άρθρο 23 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας όσο και στο άρθρο 118 παρ. 3 του ν. 4412/2016, που ορίζει ότι «[μ]ε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα»- σύμβαση μεταξύ του οικονομικού μας φορέα και του ΓΝ Χίου. Ταυτόχρονα εξίσου μη συννόμως το ρηθέν Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αλλοίωση των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε αυτές να έχουν το επιθυμητό για τον κ. Γεώργιο Παρήσογλου περιεχόμενο, όπως ρητώς συνομολογείται στο κείμενο της επίμαχης απόφασης.

**Επειδή**, ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, που εχώρησε δυνάμει της επίμαχης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και έχει **ως άμεση συνέπεια να διακυβεύεται το αγαθό της δημόσιας υγείας**, καθώς το Νοσηλευτικό Ίδρυμα στερείται- με μόνη ενεργό αιτία την εν λόγω απόφαση- τις αναγκαίες υπηρεσίες ακτινοπροστασίας (Επόμενη Ακτινοπροστασίας και Εμπειρογνώμονα Ιατρικής Φυσικής), δεν στηρίζεται σε κανέναν από τους λόγους που περιοριστικά προβλέπονται στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, στη διαγωνιστική διαδικασία αναπτύχθηκε συναγωνισμός, καθόσον υποβλήθηκαν δύο (2) παραδεκτές προσφορές, σημειούμενου ότι ο έτερος οικονομικός φορέας που συμμετείχε παραδεκτώς στον διαγωνισμό, με την επωνυμία ΜΑΡΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΙΚΕ, είναι από τους πλέον καταξιωμένους στον κλάδο μας. Επιπλέον, στην υπ' αριθμ. πρωτ. 137/18-12-2023 πρόσκληση οι οικείες τεχνικές προδιαγραφές παρατίθενται με σαφήνεια και πληρότητα. Συνεπώς οι περί του εναντίου ισχυρισμοί του κ. Παρήσογλου, ο οποίος δεν τεκμηρίωσε την αντίθεση οποιουδήποτε όρου τεχνικών προδιαγραφών προς τις υπερκείμενες και κανονιστικές διατάξεις, παρίστανται ανυπόστατες στο σύνολό τους. Εξάλλου αδιάσειστη απόδειξη για το ότι οι τεχνικές προδιαγραφές καθόλου δεν εμπόδισαν την ανάπτυξη ανταγωνισμού στη διαγωνιστική διαδικασία συνιστά αυτό τούτο το γεγονός της υποβολής δύο παραδεκτών προσφορών, εκ των οποίων η μία προέρχεται από οικονομικό φορέα ελεγχόμενο από τον διαπρεπή πρωτοβάθμιο καθηγητή Ιατρικής Φυσικής, που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Θωμά Μαρή. Η δηλωθείσα στο Υπόμνημα - Σχολιασμό αδυναμία συμμετοχής του κ. Γεωργίου Παρήσογλου στον διαγωνισμό, για λόγους που προφανώς ανάγονται σε προσωπικές του επιλογές κι όχι σε πλημμέλειες της διαδικασίας ή των τεχνικών προδιαγραφών της Πρόσκλησης, δεν μπορεί να θεμελιώσει, σε καμία περίπτωση, νόμιμο αιτιολογικό έρεισμα για τη ματαίωση του.

Στη συνάφεια αυτή θα πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

1) ο κ. Παρήσογλου παραπονείται για την πρόβλεψη της οικείας πρόσκλησης σχετικά με τη συχνότητα των επισκέψεων του ακτινοφυσικού στο Νοσοκομείο (24 κατ' έτος) υποστηρίζοντας

πως «σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τα πρωτόκολλα περιοδικών ελέγχων ποιότητας της Ε.Ε.Α.Ε., η περιοδικότητα των ελέγχων του ακτινοφυσικού είναι το πολύ ανά εξαμήνο και αυτό για συγκεκριμένες παραμέτρους ελέγχου, ενώ υπάρχει και κριτήριο βάσει της ύπαρξης ή μη διαδικασίας συντήρησης του εξοπλισμού του εργαστηρίου οπότε οι έλεγχοι είναι σε ετήσια βάση. Η κουλτούρα του “περνά ανά δεκαπενθήμερο” από το εργαστήριο προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του εργαστηρίου και η χαμηλή δόση ακτινοβολίας ακούγεται ενδιαφέρουσα, υπό την έννοια της στενότερης συνεργασίας, της επικοινωνίας και της συνολικής λειτουργίας των μελών του εργαστηρίου. Ωστόσο δεν πρέπει να συγχέεται η κουλτούρα με την εκπαίδευση η οποία αποτελεί συντεταγμένη διαδικασία που έχει έννοια να οριστεί επακριβώς σε ώρες και περιεχόμενο ως ζητούμενο τεχνικής προδιαγραφής και σαφώς καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 27 της κοινής υπουργικής απόφασης 45872/2019, αλλά δεν μνημονεύεται στην τεχνική προδιαγραφή και δεν εννοείται».

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο κ. Παρήσογλου πειράται να περιπλέξει ένα απλούστατο ζήτημα, δηλαδή της διακριτικής ευχέρειας του εκάστοτε Νοσηλευτικού Ιδρύματος να καθορίζει ελεύθερος τον αριθμό των επισκέψεων του ακτινοφυσικού στις εγκαταστάσεις του. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 15 της ΚΥΑ 45872 (ΦΕΚ Β’ 1103/3-4-2019), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 32083 (ΦΕΚ Β’ 1552/04-04-2022) προβλέπει πως «[ο]ι απαιτούμενες γνώσεις σε θέματα ακτινοπροστασίας των συμμετεχόντων στις πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινικών διαδικασιών, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 101/2018, δύναται να παρέχονται εντός του οργανισμού από κάτοχο άδειας Φυσικού Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής, κατά προτίμηση διαθέτοντα σχετική εμπειρία και προϋπηρεσία στον οικείο οργανισμό, βάσει εκπαιδευτικού προγράμματος που καταρτίζεται με κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε.Α.Ε., λαμβανομένων υπόψη σχετικών Ευρωπαϊκών και διεθνών συστάσεων», ενώ η παράγραφος 2 του άρθρου 27 της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει σήμερα, ορίζει ότι «[ο]ι απαιτούμενες γνώσεις σε θέματα ακτινοπροστασίας των συμμετεχόντων στις πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινικών διαδικασιών, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 101/2018, δύναται να παρέχονται εντός του οργανισμού από κάτοχο άδειας Φυσικού Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής, κατά προτίμηση διαθέτοντα σχετική εμπειρία και προϋπηρεσία στον οικείο οργανισμό, βάσει εκπαιδευτικού προγράμματος που καταρτίζεται με κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΑΕ, λαμβανομένων υπόψη σχετικών Ευρωπαϊκών και διεθνών συστάσεων». Είναι λοιπόν προφανές ότι η ΚΥΑ την οποία επικαλείται ο κ. Παρήσογλου ουδόλως ορίζει τον αριθμό των επισκέψεων, που όπως επαναλαμβάνουμε μπορούν να καθοριστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Νοσοκομείου.

Εκ παραλλήλου, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προβλέπουν διαφορετική περιοδικότητα ελέγχου ανάλογα με τον εξοπλισμό που διαθέτει το εκάστοτε Νοσοκομείο. Ενδεικτικώς αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία ΚΑ-ΕΕΑΕ-ΚΟ-112019-02 της ΕΕΑΕ, αξονικοί και μαγνητικοί τομογράφοι έχουν ποιοτικό έλεγχο ανά 4 μήνες (όχι σε εξαμηνιαία βάση, όπως εσφαλμένως ισχυρίζεται ο κ. Παρήσογλου). Επιπλέον, όλως προσφάτως (20-12-2023), η εταιρία της οποίας διαχειριστής είναι ο κ. Παρήσογλου (ΦΡΟΝΕΙΝ ΙΚΕ), υπέγραψε σύμβαση με το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς - Γενικό Νοσοκομείο Θήβας (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας), στην οποία προβλέπεται ρητώς (όρος Δ’) πως «Οι τακτικές επισκέψεις του <ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ> στους χώρους του ακτινολογικού εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της ετήσιας σύμβασης θα είναι 12» (βλ. συνημμένο έγγραφο). Με άλλα λόγια, την ίδια στιγμή που ο κ. Παρήσογλου διαμαρτύρεται για δήθεν ελαττώματα των τεχνικών προδιαγραφών της 137/2023 πρόσκλησης του Νοσοκομείου Χίου, που αφορούν την περιοδικότητα των ελέγχων, συμμετέχει

κανονικά σε έτερη διαγωνιστική διαδικασία, που κατά τα λεγόμενά του παραβιάζει ομοίως τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΑΕ και μάλιστα υπογράφει και τη σχετική σύμβαση!

2) Εξίσου ξενίζει η επιστημονικώς ανεπείριστη και συστοίχως καταφανώς προσχηματική αναφορά του κ. Παρήσογλου στον έλεγχο συμβατότητας του μαγνητικού τομογράφου κατά το πρότυπο IEC60601-2-3 (Medical Electrical Equipment - Part 2-3: Particular Requirements For The Basic Safety And Essential Performance Of **Short-Wave Therapy Equipment**). Ο κ. Παρήσογλου φαίνεται να λησμονεί πως η ΕΕΑΕ έχει θεσπίσει ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες για τον έλεγχο των μαγνητικών τομογράφων και η υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου, θα αναιρούσε τις οδηγίες της ΕΕΑΕ. Ανεξαρτήτως αυτού του γεγονότος, το συγκεκριμένο πρότυπο αφορά εξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα για σκοπούς θεραπείας και ο κ. Παρήσογλου θα έπρεπε να γνωρίζει ότι τέτοιου τύπου εξοπλισμό δεν διαθέτει το Νοσοκομείο σας.

**Επειδή**, κατόπιν των ανωτέρω, είναι προφανές ότι **μη συννόμως** το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου ματαίωσε την διαγωνιστική διαδικασία που εκκίνησε δυνάμει της υπ' αριθμ. 137/18-12-2023 Πρόσκλησης, θέτοντας τοιουτοτρόπως σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, ιδίως αν ληφθεί υπόψη πως η άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου λήγει στις 17/03/2024 και τίθεται εν αμφιβόλω η εμπρόθεσμη ανανέωσή της.

#### ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

#### ΖΗΤΟΥΜΕ

Να ανακληθεί η απόφαση που ελήφθη στην υπ' αριθμ. 76/28-12-2023 έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» και να κληθεί ο οικονομικός μας φορέας, που εγκύρως αναδείχθηκε ανάδοχος παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών, προς υπογραφή της σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ακτινοπροστασίας για τις πηγές ακτινοβολίας και εξοπλισμού του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη, 5 Ιανουαρίου 2024

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

*Αλέξανδρος Γεώργιος Σπυριδωνίδης*

*Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω*

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησαν στην ενδελεχή ανάγνωση και εξέταση της αναφοράς και στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγείται την αποδοχή της αναφοράς της εταιρείας **Alpha – Medical Physics Services O.E** , μετά και την προφορική θετική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Νοσοκομείου λόγω του ότι οι κρίνονται βάσιμοι οι ισχυρισμοί της, συνεκτιμημένων και των συνημμένων εγγράφων που κατέθεσε η εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση το Δ. Σ.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

1. Την ολική ανάκληση της υπ. αριθμ. 76/28-12-2023 απόφασης ΔΣ(ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ)
2. Την επαναφορά σε ισχύ της υπ. αριθμ. 75/27-12-2023 (ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>) απόφασης ΔΣ με την οποία είχε εγκριθεί το πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων που συνέταξε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και είχε κατακυρωθεί ο διαγωνισμός για τις υπηρεσίες «ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στην εταιρεία Alpha – Medical Physics Services Ο.Ε. για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 29.462,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ως αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκίνησε με την υπ. αρ.137/2023 πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τα άρθρα 118 & 120 του Ν.4412/16.
3. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω παρόντων των μελών του Δ. Σ. συντάχθηκε το παρόν πρακτικό από τον γραμματέα Χ. Τζιατζιά και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε επικυρώνεται από την Πρόεδρο του Δ. Σ., κα. Ε. Κανταράκη.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ε. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ**

**Ο εκτελών χρέη γραμματέα**

**ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

---

**Το παρόν είναι ακριβές αντίγραφο**

**αποσπάσματος**

**Πρακτικού του ΔΣ.**

**Χίος , 5-1-2024**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Χ. ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ**